

## ANEXO No. 07 CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Característica	Mínimo	Recomendable
<b>Sistema Operativo</b>	Windows 7 SP1	Windows 10 64 bits
<b>.NET Framework</b>	4.6.2	4.6.2
<b>Memoria RAM</b>	4GB	8GB o mas
<b>Espacio Libre en disco</b>	5GB	20 GB
<b>Procesador</b>	Doble Núcleo	Doble Núcleo
<b>Puertos USB Libres</b>	4 Equipo de Recepción 1 Equipos de Especialistas	4 Equipo de Recepción 1 Equipos de Especialistas

### DISPOSITIVOS MÉDICOS SOPORTADOS:

Para los dispositivos médicos soportados, a continuación, se presenta la lista de dispositivos soportados por especialidad. Si el dispositivo no se encuentra en la lista es necesario realizar una integración tecnológica de mayor despliegue, sujeta a aprobación de OLIMPIA.

En dicha aprobación, se determinará el tiempo requerido para la integración tecnológica, que se sustentará de conformidad con la documentación solicitada y su tiempo de aporte, el soporte del proveedor o fabricante, los permisos necesarios para el acceso a datos requerido y la disponibilidad para el acceso a un dispositivo para pruebas.

Especialidad Médica	Dispositivos médicos
Fonoaudiología	AMPLIVOX
	AGX
	AMPLIVOX 170
	AMPLIVOX 240
Psicología	AGX
	LNDTER
	PETRINOVIC
	ADS
	ADS PLUS
	AGX PLUS

	ASDE DRIVER
Optometría	KEYSTONE VIEW
	AGX
	PETRINOVIC

